

SCHEDA TECNICA



Nome commerciale:

FISIO MASK
Maschera per camera d'inalazione e ampole per aerosol compatibili
Riferimento Certificato CE n. 10017-2017-CE-RGC-NA-PS

Codice:

KM-1023, KM-1024, KM1025

Descrizione:

Maschera per camera d'inalazione e ampole per aerosol compatibili.

Caratteristiche tecniche:

Codice	Taglia
KM-1023	Adulti
KM-1024	Pediatrica
KM1025	Infant

Materiali impiegati:

Maschera: PVC
Valvola espiratoria di sicurezza: PVC
LATEX FREE

Certificazioni:



2460

Certificato **DNV GL NEMKO PRESAFE AS** (Veritasveien 3, N-1363 – Hovik – Norvegia)
conformità direttiva Dispositivi Medicali CEE 93/42

Classe di appartenenza: **Ila**

Analisi Rischi: **EN 1441**

Controllo qualità:

sul 100% della produzione di ogni Lotto

Confezionamento:

La confezione contiene: una maschera per camera d'inalazione e ampole per aerosol compatibili

Prodotto NON STERILE.

Codice prodotto, Nome prodotto, Numero Lotto indicati su ogni confezione.

Stoccaggio:

Il prodotto, conservato nella confezione originale, non subisce alterazioni dal punto di vista chimico-fisico. Non subisce alterazioni se esposto a fonti di luce diretta. Non si hanno incompatibilità del prodotto verso le sostanze con le quali dovesse venire in contatto durante l'uso normale.

Temperatura di stoccaggio: -10 / +45 °C

Umidità relativa: 30% / 80%

Avvertenze:

- Seguire sempre le istruzioni all'uso.
- Pulire la maschera quotidianamente, o dopo ogni uso, utilizzando i mezzi chimici di disinfezione riconosciuti.
- Non pulire la maschera con alcool o soluzioni contenenti alcool
- Dopo l'uso, smaltire secondo le norme vigenti.

Iscrizione al Repertorio Dispositivi Medici:

Numero Repertorio: 1394751/R

CND: R03010380

Produttore:

KOO Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd
100 Zhongde Road, Xiaokunshan Town,, Songjiang, Shanghai 201614, P.R. CHINA
Certificazione ISO 13485:2016/NS-EN-ISO 13485:2016