



SET INFUSIONALE MONOUSO Cod. 0SI01A0ALXF
CND A03010199 – REPERTORIO N. 172299
LATEX FREE

Classe di appartenenza:	Classe II A
Certificazione:	CE Direttiva 93/42/CEE
Ente Notificante:	TUV SUD Product service GMBH
Numero di Certificazione:	n. G1 04 07 36336 014 n. G2S 04 07 36336 017 n. Q1N 05 10 36336 018 n. G2S 05 10 36336 019

Proprietà

Il set infusionale monouso si presenta come deflussore trasparente, flessibile, resistente alla trazione e chimicamente stabile. Il materiale utilizzato per la fabbricazione comprende alti polimeri incorporati con stabilizzanti e plastificanti consentiti dalla legge.

Il dispositivo è atossico, apirogeno e sterile attraverso sterilizzazione con EO (ossido di etilene).

Conservare in luogo pulito ed asciutto, a temperatura ambiente (max 25°).

Periodo di validità di 5 anni si riferisce al prodotto correttamente conservato e nel suo contenitore integro (busta in polietilene).

Avvertenze

Il dispositivo è monouso e quindi non sterilizzabile; gettare dopo l'utilizzo.

Non usare a confezione danneggiata o manomessa.

Ad uso esclusivo del personale medico per infusione a caduta.

Lo smaltimento può essere condotto a mezzo forno con procedimento speciale, riciclabile.

Composizione

Cappuccio perforatore	POLIPROPILENE
Perforatore	ABS
Gocciolatoio (standard 20 gocce \cong 1 ml)	ABS
Filtro	MEMBRANA
Tappino / filtro aria	PVC
Tubo	PVC
Gommino/Raccordo LATEX FREE	POLIISOPRENE
Raccordo Cono Luer Lock (porta ago)	ABS
Cappuccio per Cono Luer Lock	POLIPROPILENE
Stringitubo (roller)	POLIPROPILENE
Busta cm 9 x 20	POLIETILENE

Quantità dei deflussori per imballo standard:

Pezzi per confezioni in buste	25
Numero buste per cartone	16
Numero pezzi per cartone	400

Prodotto da:

Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co. Ltd.
Zhejiang Kindly Medical Device & Plastics Co., LTD

Distribuito da:

Lombarda H Srl – Località Faustina – 20080 Albairate – Mi