



**for.me.sa.**  
forniture medico sanitarie

**for.me.sa. srl**  
forniture medico sanitarie

43015 Noceto (PR) - Via Don Minzoni, 52/A  
Tel. +39 0521 628482 - Fax. +39 0521 620382  
www.formesa.it - e-mail: info@formesa.it  
Cod. Fisc. e Part. IVA: IT01714420344  
R.E.A. Parma: 173353 - PEC: formesa@arubapec.it  
Cod. Merc.: PR 017793

## SCHEDA TECNICA BORSA GHIACCIO TESSUTO

Rev. 2

Maggio 2012

CODICE (Code)	70-503.05 mis. 25
	70-503.06 mis. 28
	70-503.07 mis. 31

CND	M9001
GMDN	N.D.
Repertorio (Repertory)	70-503.05 19947/R 70-503.06 44171/R 70-503.07 44176/R

**Descrizione:** dispositivo in gel utilizzato per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul Corpo Umano.

Una volta riempito il dispositivo prima di serrare il tappo espellere l'aria eccedente. Dopo pochi minuti di uso, verificare che l'acqua prodotta dal ghiaccio disciolto non fuoriesca dal tappo del dispositivo, ribaltando verso il basso il medesimo.

**Istruzioni d'uso:** Non lasciare incustodito il dispositivo durante l'uso e non appoggiarlo su elettrodomestici, superfici calde od aventi parti acuminate, ma solo su superfici inerti non sensibili alle temperature e/o al riversamento incidentale di liquidi.


Non tentare di riparare il dispositivo danneggiato.

In tale evenienza il dispositivo va rottamato e smaltito.

### Avvertenze:

- Operare in condizioni ed in scenari di sicurezza, evitando ogni situazione di potenziale pericolo per se e per gli altri.
- Una volta riempito il dispositivo prima di serrare il tappo espellere l'aria eccedente.
- Dopo pochi minuti di uso, verificate che l'acqua prodotta dal ghiaccio disciolto non fuoriesca dal tappo del dispositivo, ribaltando verso il basso il medesimo.
- Non lasciare incustodito il dispositivo durante l'uso e non appoggiarlo su elettrodomestici, superfici calde od aventi parti acuminate, ma solo su superfici inerti non sensibili alle temperature e/o al riversamento incidentale di liquidi.
- Non tentare di riparare il dispositivo danneggiato, in tale evenienza il dispositivo va rottamato e smaltito.

### Caratteristiche Tecniche (*Technical Specifications*):

<b>Produttore (<i>Producer</i>):</b>	FOR.ME.SA srl <sup>1</sup>
<b>Campo di applicazione (<i>Application advice</i>):</b>	Adulti ( <i>Adults</i> ) -  I categoria di rischio - Solo per rischi minori
<b>Conformità (<i>Compliance</i>):</b>	Dispositivo Medico classe I, conforme alla Direttiva CEE 93/42 ( <i>Medical Device Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC</i> )

1. Questo documento è di proprietà di For.Me.Sa srl – Via don Minzoni, 52/a – 43015 Noceto (PR) – Italia – Vietata la riproduzione.